

Όνομα GETRIMENT ΕΠΕ Email sales@getremed.gr Άρθρο Υποβολή προτάσεων –  
παρατηρήσεων για την Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια  
Μικροσκόπιο ΩΡΛ Ημ/νία 30/10/2017

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την Διαβούλευση Τεχνικών  
Προδιαγραφών για την Προμήθεια Μικροσκόπιο ΩΡΛ, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις  
παρατηρήσεις – προτάσεις μας.

Αναλυτικότερα,

3. Να διαθέτει πηγή ψυχρού φωτισμού LED διάρκειας ζωής τουλάχιστον 30.000  
ωρών, με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

Προτείνεται:

Να αναγράφεται να διαθέτει πηγή ψυχρού φωτισμού LED διάρκειας ζωής τουλάχιστον  
30.000 – 50.000 ωρών, με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

5. Να διαθέτει δυνατότητα τουλάχιστον τεσσάρων μεγεθύνσεων.

Προτείνεται:

Να αναγράφεται να διαθέτει δυνατότητα τουλάχιστον τεσσάρων – έξι μεγεθύνσεων.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δια την GETRIMENT ΕΠΕ.