

Αξιότιμοι κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών φορητού ακτινογραφικού , σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για το μηχάνημα που ζητούνται, είναι κλινικά και τεχνικά ορθές, ώστε το προς προμηθεια μηχάνημα να καλύπτει χωρίς περιορισμούς της ανάγκες του Νοσοκομείου.

Παρόλα αυτά ο προϋπολογισμός των 30.000€ με τον φπα, είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να καλύψει την απαίτηση του Νοσοκομείου για τέσσερα(4) έτη εγγύηση, η οποία να καλύπτει και την ακτινολογική λυχνία (Ειδικοί όροι A4).

Προτείνουμε όπως :

A) Μειωθεί η εγγύηση στα δύο (2) έτη

B) Αφαιρεθεί η προδιαγραφή 13 (Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύστημα μέτρησης δόσης(DAP) και εκτυπωτή DAP) από την βασική σύνθεση και να χαρακτηριστεί ως « κατ'επιλογή»)

Με εκτίμηση,

Θέμης Καββαδίας

Σύμβουλος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Βιοϊατρικός Μηχανικός (M.Sc. MBA)

Όνομα Αναστάσιος Καραγιάννης Email anastasios.karagiannis@agfa.com
Άρθρο Προτάσεις εταιρείας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ Ημ/νία 31/10/2017

Στα πλαίσια της β' Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών σας παραθέτουμε τις προτάσεις της εταιρείας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ:

Ειδικοί Όροι

Ομάδα β. Υποστήριξη και ανταλλακτικά

Παράγραφος 1

Προτείνουμε την αλλαγή της τελευταίας πρότασης που αφορά το κόστος συντήρησης ανά έτος. Προτείνουμε την αύξηση του αποδεκτού ποσοστού της προσφερόμενης τιμής του μηχανήματος από 6% σε 15%. Πρόκειται για εξοπλισμό, του οποίου ο προϋπολογισμός εξ αρχής είναι αρκετά περιορισμένος(30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται εγγύηση 4 ετών, χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο(διπλάσια διάρκεια εγγύησης από αυτήν που ορίζει κοινοτική οδηγία), ζητούμενο το οποίο ανεβάζει το κόστος του ζητούμενου εξοπλισμού.

Είμαστε στην διάθεση σας για λεπτομερέστερη παρουσίαση των προτάσεων μας

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ