

25. Holter πίεσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφή 11 : «Το πρόγραμμα να είναι συμβατό με Windows 7-64 Bit και νεώτερο. Σε περίπτωση αναβαθμίσεων του λειτουργικού (Windows) του Η/Υ, να δίδεται δωρεάν η σύμβατή έκδοση του λογισμικού.»

Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής :

Προδιαγραφή 11 : : « «Το πρόγραμμα να είναι συμβατό με Windows 7-64 Bit και νεώτερο.»

Αιτιολογία : Αιτιολογία : Ζητούμε την αφαίρεση της πρόταση « Σε περίπτωση αναβάθμισης του λειτουργικού (Windows) από το Νοσοκομείο, να δίδεται η σύμβατή έκδοση του λογισμικού χωρίς επιπλέον χρέωση» καθώς το holter πίεσης θα δοθεί με τη τελευταία έκδοση του λειτουργικού (Windows). Επομένως, σε μία πιθανή μελλοντική αναβάθμισή του η παροχή δωρεάν αναβάθμισης δεν μπορεί να διασφαλιστεί.