

Όνομα SERINTH
Ε.Π.Ε.

Emailinfo@serinth.gr

Άρθρο 10 Συσκευή φυσικοθεραπείας
shockwave κρουστική

Ημ/νία 18/05/2018

Προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή Νο7 να αφαιρεθεί ή να διαμορφωθεί ως εξής: «7. Να διαθέτει δυνατότητα για χρήση δύο καναλιών-εξόδων (προαιρετικά).» Αιτιολογία: Η δυνατότητα χρήσης δύο καναλιών-εξόδων (άρα και δύο handpieces) στα shockwave είναι χαρακτηριστικό το οποίο αυξάνει σημαντικά το κόστος της συσκευής shockwave και ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Προτείνουμε λοιπόν την αφαίρεση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ή έστω τη διαμόρφωση της.