

**Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ**

Emaildtheodorou@enamed.gr

Άρθρο ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ

UV-C

Ημ/via 16/05/2018

κύριοι, σχετικά με το είδος ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ UV-C, κρίνοντας από τις τεχνικές προδιαγραφές, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποδοθεί στον τίτλο η λέξη "απολύμανση" αντί "αποστείρωση", λέξεις που εκ παραδρομής πολλές φορές συγχέονται. Στη διάθεσή σας Δημήτρα Θεοδώρου βιοιατρικός μηχανικός www.enamed.gr 2108022150,6972442852