

Όνομα **ΙΑΤΡΙΚΗ**  
**ΜΕΡΙΜΝΑ**  
**ΥΓΕΙΑ ΑΕ**

& Email [iatriki@iatrikimerimna.com](mailto:iatriki@iatrikimerimna.com)

Άρθρο Δημόσια διαβούλευση  
τεχνικών προδιαγραφών  
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  
- Νο 9 Κλίβανος ατμού 20  
λίτρων αποστείρωσης  
εργαλείων (κλάσης B)

Ημ/νία 10/05/2018

Συμμετέχοντας στη διαβούλευση σας για κλίβανο ατμού 20 λίτρων περίπου, προτείνουμε τις παρακάτω βελτιώσεις:

Στην παράγραφο §1 να διαγραφεί η συχνότητα των 60Hz, ως ανεφάρμοστη στην Ελλάδα.

Στην παράγραφο §2 να προστεθεί η απαίτηση ο θάλαμος να είναι ενιαίος, χωρίς ενώσεις και συγκολλήσεις για μεγαλύτερη στιβαρότητα κατασκευής.

Επιπλέον στους Ειδικούς όρους B παράγραφο §2, προτείνουμε την ορθή διατύπωση σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ως εξής: Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για επτά (7) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της τελευταίας παραγωγής του συγκεκριμένου μοντέλου.

Επίσης προτείνουμε την διαγραφή της παραγράφου B §6.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση Σιδερίδης Ευριπίδης Τμήμα Πωλήσεων Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε.