

Αποστειρωμένο σετ έναρξης - λήξης αιμοκάθαρσης.
Να διατίθεται σε διπλή (δίχωρη), συσκευασία έναρξης-
λήξης, να είναι αποστειρωμένο με ακτινοβολία γ, να διαθέτει
CE και να περιλαμβάνει τα κάτωθι απαραίτητα υλικά που
χρησιμοποιούνται κατά την αιμοκάθαρση:


Το κάθε σετ να περιλαμβάνει:

A' σετ έναρξης (πριν την φλεβοκέντηση)

- 1 χειρουργικό πεδίο
- 1 ζευγάρι αποστειρωμένα ελαστικά γάντια
- 3 επιθέματα γάζας 7,5X7,5cm περίπου (± 1 cm), 8ply
- 3 τολύπια γάζας μεσαίου μεγέθους
- 2 αυτοκόλλητα επιθέματα γάζας με εγκοπή (U)
- 4 αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα στερέωσης των Α/Φ γραμμών

B' σετ λήξης (μετά την φλεβοκέντηση)

- 1 ζευγάρι αποστειρωμένα ελαστικά γάντια
- 4 επιθέματα γάζας 7,5X7,5cm περίπου (± 1 cm), 8ply
- 2 τολύπια γάζας μεσαίου μεγέθους
- 2 ειδικά πίεστρα αιμόστασης. Τα πίεστρα να είναι
κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό κατά τη χρήση.
- 2 αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα επιθέματα γάζας 5x8 περίπου
(± 1 cm).


ΕΚΚΑΝΑΘΕΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΑΝΑΛΛΑΚΡΟΤΡΙΑ

ΠΡΟΪΓΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ