

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m <sup>2</sup>	KUF/m <sup>2</sup> < ή >των 20ml/h.mmHg	Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. Β12	Ινουλίνη	ΚοΑ >...	Συντελεστής διαβατότητας B <sub>2</sub> -M	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Καθάρσεις ουσών (>....) σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min												
LOW												
HELIXONE	1,8	14	193	181	170	121	-	976	-	B2	Αημός	40
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	1000
POLYSIUM	2	16,2	195-275	189-249	170-212	121-137	-	1260	-	B2	Αημός	300

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

4<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΟΜΟΥΤΗΝΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΗΜΙΟ ΚΑΘΕΤΕΡΕΣ  
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΣ ΚΑΘΕΤΕΡΕΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΕΤΕΡΕΣ Δ.Π.Κ.  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 21075 8111  
 Α.Μ.Κ.Α.1 300830878 ΤΣΑΝΙΔΑΚΑΤ