

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών διαμέτρου 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
- 2) Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή, ατραυματική διαμέτρου 5 mm. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκέλων του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων. Στο σετ να περιλαμβάνονται δύο τεμάχια.
- 3) Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών διαμέτρου 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
- 4) Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5mm (1 στυλεό και 2 κάνουλες) με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και με διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου. Η διάφανη κάνουλα να εφαρμόζει σε όλα τα είδη τροκάρ.
- 5) Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 11mm (1 στυλεό και 2 κάνουλες) με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και με διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου. Η διάφανη κάνουλα να εφαρμόζει σε όλα τα είδη τροκάρ.
- 6) Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10 mm με κλιπ τιτανίου, με δυο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ), μεσαίου-μεγάλου μεγέθους

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
• ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Α.Π.Κ.Α. 210 400052 15 ΑΥ. 2011