

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	ΚΥF/m ² < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					ΚοΑ > ...	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Είδος αποστείρωσης	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη					
HIGH												
Πολυμερισμένος πολυεστέρας ή ισοδύναμο	2,1	63	260	244	231	170	113	961	0,88	A2	γ-ακτινολογία	500

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού


 4^η Υ.Π.Ε.
 ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΛΕΡ. ΚΑΠΙΤΑΡΤΙΝΙΔΟΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΤΙΑΣ
 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
 Α.Μ.Κ.Α. 376002009.4 ΤΕΛΕΦΑΚΣ 44467