

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών διαμέτρου 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θυληκή διαθερμία ~~και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.~~
- 2) Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή, ατραυματική. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων.
- 3) Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών διαμέτρου 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θυληκή διαθερμία ~~και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.~~
- 4) Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5mm (1 στυλεό και 2 κάνουλες) με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και με διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου.
- 5) Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου ^{5/11} 11mm (1 στυλεό και 2 κάνουλες) με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και με διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου.
- 6) Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10 mm με κλίπ τιτανίου, με δυο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλίπ), μεσαίου-μεγάλου μεγέθους

