

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  
(Ε.ΚΕ.Α.)**

Ταχ. Δ/ση	Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7	<b>Προς:</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ</b>
Ταχ. Κωδ.	136 75, Αχαρνάι		
Τηλέφωνο	213 214 6703		
Φαξ	213 214 6740	<b>Κοιν :</b>	
Πληροφορίες	Γραμματεία Προέδρου		

**Θέμα : «Προμήθεια επιπλέον σωληναρίου»**

Εν όψει της λειτουργίας της νέας σύμβασης για το μοριακό έλεγχο του αίματος και προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ποσότητα πλάσματος που φυλάσσεται για αρχείο παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα ( μέχρι τέλους Φεβρουαρίου) στην προμήθεια ενός επιπλέον σωληναρίου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Διαστάσεις: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
- Χωρητικότητας 9 -10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/mL EDTA K2
- Να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα
- Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης.
- Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10<sup>-6</sup>.
- Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates

Το σύνολο των λαμβανομένων δειγμάτων κατά την αιμοληψία θα είναι τέσσερα (4) ήτοι :

1. Ανοσοαιματολογικός έλεγχος
2. Ορολογικός έλεγχος
3. Μοριακός έλεγχος
4. Αρχείο

Δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των σωληναρίων που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

**Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α  
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ**

Εσ. Διανομή: Γρ. Προέδρου, Επ. Δ/ντή

4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΙΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΒΙΟΠΑΡΑΠΟΚΤΙΣ  
ΕΥΝΟΤΩΣΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  
Α.Μ.Κ.Α.: 22106601424 ΤΣΑΥ: 77830

Ακριβές Αντίγραφο  
Κεντρικό Πρωτόκολλο  
ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

4" ΥΠΕ.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡ. Ν.Υ. ΑΙΜΟΛΟΓΙΑΣ  
Α.Μ.Κ.Α.: 22106601424 ΤΣΑΥ: 77880