

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ Cr/Co ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Η ΧΩΡΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ porous plasma spray ΤΙΤΑΝΙΟΥ.

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑ pegs ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΗΡΟΥ.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9 ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΠΟ 0 °ΕΩΣ 9° ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ Cr/Co ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ.

ΕΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΘΟΡΑ.

ΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΙ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΠΑΧΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΕ 3 ΤΥΠΟΥΣ,CR ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΛΙΣΗ 3° ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ PS.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΚΡΑΦΑΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ PS ΜΕ ΜΗΡΙΑΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ.

ΑΠ.Υ.ΓΕ.Ε. ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΜΕΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΜΚΑ: 250104119-ΤΣΑΥ 129869
ΜΕΤ.ΚΟΡΑΪ