

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF < ή >των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min					ΚοΑ	Συντελεστής διαβατότητας	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχάνημα	Ποσότητα
POLYSIUM)	2	16,2	Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη	ΚοΑ	1260	-	B2	ατμός	*
			195-275	189-249	170-212	121-137	LOW						
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	*	

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF < ή >των 20ml/h.mm	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min					ΚοΑ	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Ομάδα	Συνοδές γραμμές για μηχάνημα TN	Συντελεστής διαβατότητας Αλβουμίνης	Συντελεστής διαβατότητας Ινουλίνη	Είδος αποστείρωσης	Ποσότητα
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη								
Πολυμερισμένος εστέρας ή ισοδύναμο	2,1	63	260	244	231	170	113	961	0,88	-	*	-	-	ακτινοβολία	120
HIGH															

4th Y.P.E.
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 ΣΩΤΗΡΑΚΟΙ ΠΟΥΛΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
 Ν.Ε.Φ.ΡΟΛΟΓΙΟΥ
 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΡΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 ΤΗΛ: 210 77392