

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	Προδιαγραφές
1652	<p>Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού αέρος, με επιταχυντή - ενεργοποιητή πήξεως και με gel διαχωρισμού κατάλληλης υδροδυναμικής μορφής για ταχύτατο και ασφαλή διαχωρισμό. Αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10⁻⁶, συνθετικά, άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία των ασθενών. Με πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης επαρκούς μήκους. Να αναγράφονται τα CE, LOT, REF, η χώρα παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. Συμβατά με το υπάρχον σύστημα αιμοληψίας του νοσοκομείου. Χωρητικότητας 8-10ml 16x100mm</p> <p>ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με το υπάρχον σύστημα αιμοληψίας του νοσοκομείου και τους ασκούς αίματος, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα με βάση τον EFLM (EFLM Recommendation for venous blood sampling October 2017). Τα είδη αυτά αποτελούν ο?άδα ώστε να υπάρχει πλήρης συ?βατότητα βελόνας ? πεταλούδας αι?οληψίας και σωληναρίων αι?οληψίας κενού (πιστοποιη?ήνη αναλογία αί?ατος ? προσθέτου, σωστή πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασμένων δειγμάτων). Προσφορά χωρίς να συμπεριλαμβάνει δείγματα προς αξιολόγηση θα κρίνεται ως απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.</p>

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΗΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
 ΣΥΝΤΟΜΙΣΤΗΣ ΔΙΝΗΣ ΝΟΥ ΑΝΘΩΔΟΣ
 Α.Μ.Κ.Α.: 22176001000 ΤΕΛ: 77800