


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	Προδιαγραφές
1653	<p>Φιαλίδια γενικής αίματος (έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 3ml με αντιπηκτικό EDTA</p> <p>ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με το υπάρχον σύστημα αιμοληψίας του νοσοκομείου και τους ασκούς αίματος, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα με βάση τον EFLM (EFLM Recommendation for venous blood sampling October 2017). Τα είδη αυτά αποτελούν ομάδα ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα βελόνας & πεταλούδας αιμοληψίας και σωληναρίων αιμοληψίας κενού (πιστοποιημένη αναλογία αίματος & προσθέτου, σωστή πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασμένων δειγμάτων). Προσφορά χωρίς να συμπεριλαμβάνει δείγματα προς αξιολόγηση θα κρίνεται ως απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.</p>


 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΟ
 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΝΤΗΣ Ν.Υ.
 Α.Μ.Κ.Α. : 274/00002