

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

### Τεχνικές προδιαγραφές χειρουργικής αναρρόφησης:

- A. Να αποτελείται από καινούργιο και αμεταχειρίστο ανεξάρτητο μοτέρ.
- B. Να διαθέτει σύστημα φυγόκεντρου διαχωρισμού των λημμάτων.
- C. Τα λήμματα να μην έχουν καμία επαφή με το μοτέρ, τα ηλεκτρόδια ή άλλα ηλεκτρικά μέρη.
- D. Η απορροφητική της δύναμη να είναι τουλάχιστον 1.100 lit/min, συνεχούς λειτουργίας 100%.
- E. Η Στάθμη θορύβου να είναι τουλάχιστον < 65db.
- F. Να λειτουργεί με ρεύμα : 230 V AC και Συχνότητα : 50 / 60 Hz.
- G. Να έχει μικρή κατανάλωση ρεύματος
- H. Να συνοδεύεται από ερμάριο
- I. Να συνοδεύεται από βάση χειρουργικής αναρρόφησης για την σωστή κλίση προς την αποχέτευση

### Τεχνικές προδιαγραφές διαχωριστή αμαλγάματος:

- A. Να διαθέτει συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό της ΕΕ για την συλλογή οδοντιατρικών αποβλήτων αμαλγάματος
- B. Να είναι Κατάλληλος για 1 έως 3 έδρες
- C. Να διαθέτει ποσοστό διήθησης (99,3%)
- D. Να διαθέτει Πιστοποίηση κατά ISO 11143
- E. Να είναι Ιδιαίτερα αξιόπιστο στην λειτουργία χωρίς πολύπλοκα ηλεκτρονικά μέρη, με εύκολη συντήρηση από τον ίδιο τον χειριστή

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραίτητως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια.
3. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας τρία (3) έτη
5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.
6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος
7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη **τιμοκατάλογο Ανταλλακτικών** του μηχανήματος
8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει **κατάλογο των Νοσοκομείων** στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα
9. Να υπάρχει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την τεχνική υποστήριξη όσο και για την εκπαίδευση του συστήματος με έδρα στην βόρεια Ελλάδα .

**Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΤ.  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΠΑΤΖΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

