

0/2 ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ & ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ -ΣΕΤ ΠΙΕΣΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2136	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Ακτινοσκιερός υδρόφιλος καθετήρας σταθεροποιημένης πολυουρεθάνης η οποία δεν τσακίζει και η κυματομορφή που λαμβάνεται από αντίστοιχο αισθητήρα είναι χωρίς παραμορφώσεις λόγω θορύβου η άλλων εξωτερικών παραγόντων με η χωρίς ειδικά πτερύγια συρραφής. 20Ga*16cm. *ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ	20 ΤΕΜΑΧΙΑ
2	153	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Ακτινοσκιερός υδρόφιλος καθετήρας σταθεροποιημένης πολυουρεθάνης η οποία δεν τσακίζει και η κυματομορφή που λαμβάνεται από αντίστοιχο αισθητήρα είναι χωρίς παραμορφώσεις λόγω θορύβου η άλλων εξωτερικών παραγόντων με η χωρίς ειδικά πτερύγια συρραφής.20Ga*8cm *ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ	20 ΤΕΜΑΧΙΑ
3	465	ΣΕΤ ΠΙΕΣΗΣ TRANSDUCER T001650A ΣΧΟΛΙΑ:ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΦΥΓΚΤΗΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ.	20 ΤΕΜΑΧΙΑ