

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/ 2603 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0322	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΑΓΩΓΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΓΚΙΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΗΣ ΝΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ. ΤΟ ΥΔΡΟΖΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΛΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠ'Ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ: MARTIN ME 200 ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟ MARTIN ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ MARTIN ME 200. ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ.	1000 ΤΜΧ
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			