PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90	736		A1	γ-ακτινοβολία	*	20
Είδος μεμβράνης φίλτρου	**Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m^2**	**KUF < ή >των 20ml/h.mm Hg**	**Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min**					**KoA**	**Συντελεστής διαβατότητας**	Ομάδα	**Είδος αποστείρωσης**	**Συνοδές γραμμές για μηχάνημα**	Ποσότητα
			Ουρία	**Κρεατινίνη**	**Φωσφορικά**	**Βιτ.B12**	**Ινουλίνη**						
LOW													
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	*	

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Είδος μεμβράνης φίλτρου	**Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m^2**	**KUF < ή >των 20ml/h.mm**	**Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min**					**KoA**	**Συντελεστής διαβατότητας B2-M**	Ομάδα	**Συνοδές γραμμές για μηχάνημα TN**	Συντελεστής διαβατότητας Αλβουμίνης	Συντελεστής διαβατότητας Ινουλίνη	Είδος αποστείρωσης	Ποσότητα
			Ουρία	**Κρεατινίνη**	**Φωσφορικά**	**Βιτ.B12**	Ινουλίνη								
HIGH															
Polysulfon τύπου VitaSulfon Υψηλής Ροής	2,1	38,57	283	267	261	180	-	1527	0,8	A2	*	<0,01	1	Electron beam	60
Πολυμερισμένος εστέρας ή ισοδύναμο	2,1	63	260	244	231	170	113	961	0,88	-	*	-	-	ακτινοβολία	
PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90		736	A1		γ-ακτινοβολία			

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.