

**ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/ 219 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ BIS**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	9638	1)ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ. 2)Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ BLUETOOTH, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ TABLET ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ. 3)ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 4)Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΡΟΓΕΛΗ(HYDROGEL) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΙΔΙΑ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. 5)ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΗ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΙΠ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ. 6)ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ. 7)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. 8)Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 10 ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. 9)Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. 10)ΝΑ ΣΥΣΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ TABLET ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 11)Ο ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ).	100 ΤΜΧ