

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KoA >....	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Είδος αποστείρωσης	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HIGH												
			Ουρία	Κρεατίνη	Φωσφορικά	Bit.B12	Ινουλίνη					
PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90	736	-	A1	γ-ακτινολογία	
Πολυμερισμα ένος πολυεστέρας ή ισοδυναμιο	2,1	63	260	244	231	170	113	961	0,88	A2	γ-ακτινολογία	
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΑΙΡΙΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ - PUREMA	2,3	37,8	290	276	255	205	128	1900	>0,9	A2	β-ακτινοβολία	100
PUREMA	2,1	80	282	268	249	198	-	1487	-	A2	Electron beam	

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αμμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αμμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΗΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
4^Η ΥΠΕ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΚΑΝΙΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΝΤΗΣ Μ.Τ.Ν.
ΤΑΧ. 44447
Μ.Κ.Α.: 31085300478