

| Είδος μεμβράνης φίλτρου | Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ² | KUF/m ² < ή >των 20ml/h.mm Hg | Ουρία | Κρεατίνη | Φωσφορικά | Βιτ. B12 | Ινουλίνη | KoA >... | Συντελεστής διαβατότητας B2-M | Είδος αποστείρωσης | Είδος αποστείρωσης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|--|---|--|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| PEPA | 1,2 | 45 | 242 | 221 | 206 | 142 | 90 | 736 | - | A1 | γ-ακτινολογία | 30 |
| Πολυμερισμ ένος πολυεστέρα ς ή ισοδύναμο | 2,1 | 63 | 260 | 244 | 231 | 170 | 113 | 961 | 0,88 | A2 | γ-ακτινολογία | 30 |
| ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΑΙΡΙ ΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ - PUREMENTA | 2,3 | 37,8 | 290 | 276 | 255 | 205 | 128 | 1900 | >0,9 | A2 | β-ακτινοβολία | 100 |
| PUREMENTA | 2,1 | 80 | 282 | 268 | 249 | 198 | - | 1487 | - | A2 | Electron beam | 30 |

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού



4^η Υ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΓΕΜΙΚΟ ΝΟΣΗΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΓΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΕ ΚΟΝΙΤΑΝΤΙΣ
 ΠΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΕ ΚΟΝΙΤΑΝΤΙΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΡΕΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Π.
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24810470 ΤΕΛΕΦ: 44447
 ΤΗΛΕΜΕΤΕΩΡΗΤΗΡΙΟ: 248104470

✓