

Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά *

(ΚΩΔ:0574,0575,0576,0577,0578)

Με ελάχιστο ολικό μήκος 290 mm.

Με πούδρα.

Με ειδικό πάχος άνω του 40% από τα κοινά χειρουργικά γάντια.

Συσκευασμένα ανά ζεύγος με ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.

Ειδικά διαμορφωμένη εξωτερική επιφάνεια για τη σωστή αίσθηση αφής.

Με ειδική ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.

Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη σε όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται η

ασφαλής συγκράτηση του γαντιού.

Ανατομικό σχήμα .

Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.

Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά για ορθοπεδική χρήση *

(ΚΩΔ:0579,0580,0581,0582)

Με ειδικό πάχος άνω του 40% από τα κοινά χειρουργικά γάντια.

Συσκευασμένα ανά ζεύγος με ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι.

Ειδικά διαμορφωμένη εξωτερική επιφάνεια για τη σωστή αίσθηση αφής.

Με ειδική ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.

Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη σε όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται η

ασφαλής συγκράτηση του γαντιού.

Ανατομικό σχήμα .

Χωρίς πούδρα.

Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 & 13485 και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 455-1,-2,-3 & 374-2,-3.

Γάντια εξεταστικά από φυσικό λάτεξ *

Με πούδρα.

Με περικάρπια ταινία.

Να εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.

Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν μολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη.

Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο τους βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά (χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια).

Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα.

Γάντια Νιτριλίου χωρίς πούδρα

Μη αποστειρωμένα.

Χωρίς εσωτερική επίστρωση πούδρας.

Να μην έχουν λάτεξ.

Να μην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες.

Με ελάχιστο μήκος 240mm.