

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ  
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Ενδοσκοπική λαβίδα διατομής ιστών διαμέτρου 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
- 2) Ενδοσκοπική λαβίδα σύλληψης, ισχυρή, ατραυματική διαμέτρου 5 mm. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελεγχόμενης σύγκλισης των σκελών του εργαλείου και ελεγχόμενου κλειδώματος των σιαγόνων. Στο σετ να περιλαμβάνονται δύο τεμάχια.
- 3) Ενδοσκοπική λαβίδα αποκόλλησης ιστών διαμέτρου 5 mm. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αρσενική και θηλυκή διαθερμία και δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι.
- 4) Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 5mm (1 στυλεό και 2 κάνουλες) με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και με διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου. Η διάφανη κάνουλα να εφαρμόζει σε όλα τα είδη τροκάρ.
- 5) Ένα σύστημα τροκάρ με άκρο σχήματος V αμφίπλευρης κοπής διαμέτρου 11mm (1 στυλεό και 2 κάνουλες) με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και με διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου. Η διάφανη κάνουλα να εφαρμόζει σε όλα τα είδη τροκάρ.
- 6) Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10 mm με κλιπ τιτανίου, με δυο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλίπ ), ξεχωριστή σκανδάλη φόρτισης του κλίπ, μεσαίου-μεγάλου μεγέθους

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΕΙΟ ΚΟΝΩΤΗΝΗΣ  
ΠΑΣΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΗΣ Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
Α.Μ.Α.Α.: 21010004002 Τ.Τ.ΑΥ.: 09030