

Κομοτηνή 28/06/2018

ΠΡΟΣ: Προϊσταμένη Χειρουργείου, Γραφείο Προμηθειών,


ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών

Παρακαλώ για τις ανάγκες της μαιευτικής κλινικής, όπως προχωρήσετε στην εξωσυμβατική προμήθεια των παρακάτω λαβίδων ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων βάσει των εγκεκριμένων περιγραφών του διαγωνισμού Χειρουργικών εργαλείων της 4^{ης} ΥΠΕ, που διενεργήθηκε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου ζητείτε : «Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5 χιλ. με κυρτές σιαγόνες, σύλληψη του ιστού με το κλείσιμο της χειρολαβής και κατ' επέκταση των σιαγόνων, ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατα συνέπεια τών σιαγόνων, ενσωματωμένο καλώδιο, η οποία επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων και ιστών πάχους μέχρι και 7mm. χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, ενεργοποιούμενη από το χέρι και με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2-4 δευτερόλεπτα, μήκους 37 εκ., μήκος συγκόλλησης 20 χιλ., με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg, μήκος κοπής 18 χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.»

ΤΕΜΑΧΙΑ 30.

Τα παραπάνω υλικά κρίνονται άκρως απαραίτητα για τα χειρουργεία Μαστεκτομών, Υστερεκτομών και άλλων γυναικολογικών επεμβάσεων, διότι λόγω της κυρτότητας των σιαγόνων που διαθέτουν διευκολύνουν στην παρασκευή των ιστών. Η επιπλέον επένδυση των σιαγόνων με κεραμικά στοπ, ελαχιστοποιούν την θερμική διασπορά, βοηθώντας έτσι στον ελάχιστο τραυματισμό των παρακείμενων ιστών. Τέλος η απ' ευθείας ενεργοποίηση του από την χειρολαβή, δίχως την ανάγκη κλειδώματος της, συντελεί στην γρηγορότερη παρασκευή, σύλληψη και διατομή του ιστού, βοηθώντας έτσι στην μείωση χειρουργικού χρόνου και οικονομία υλικών.

Με τιμή,



4^η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΖΙΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΔΑΚ 21066500295 ΤΣΑΥ 90700