

Κομοτηνή 07/11/2018

ΠΡΟΣ: Γραφείο ΠρομηθειώνΘΕΜΑ: Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών

Παρακαλώ για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής, όπως προχωρήστε στην εξωσυμβατική προμήθεια των παρακάτω λαβίδων ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων βάσει των εγκεκριμένων περιγραφών του διαγνωσμού Χειρουργικών εργαλείων της 4^{ης} ΥΠΕ, που διενεργήθηκε από Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στον Α/Α 106 όπου ζητείτε: «Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5 χλ. με κυρτές σιαγόνες σύλληψη του ιστού με το κλείσιμο της χειρολαβής και κατ' επέκταση των σιαγόνων, ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και κατά συνέπεια των σιαγόνων, ενσωματωμένο καλώδιο, η οποία επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων και ιστών πάχους μέχρι και 7 mm χωρίς τον κινδυνό θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, ενεργοποιούμενη από το χέρι και με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2-4 δευτερόλεπτα, μήκους 37 εκ., μήκος συγκόλλησης 20 χλ., με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg, μήκος κοπής 18 χλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.»

ΤΕΜΑΧΙΑ 8

Τα παραπάνω υλικά κρίνονται άκρως απαραίτητα για τα χειρουργεία λαπαροσκοπικών χολοκυστεκτομών και σκωληκοειδεκτομών, διότι λόγω της κυρτότητας των σιαγόνων που διαθέτουν διευκολύνονταν στην Παρασκευή των ιστών. Η επιπλέον επένδυση των σιαγόνων με κεραμικά στοπ, ελαχιστοποιούν την θερμική διασπορά, βοηθώντας έτσι στον ελάχιστο τραυματισμό των παρακείμενων ιστών. Τέλος, η απ'ευθείας ενεργοποίηση του από την χειρολαβή, δίχως την ανάγκη κλειδώματος της συντελεί στην γρηγορότερη Παρασκευή, σύλληψη και διατομή του ιστού, βοηθώντας έτσι στην μείωση του χειρουργικού χρόνου και οικονομία υλικών.

