

ΠΡΟΣ: Προϊσταμένη Χειρουργείου, Γραφείο Προμηθειών,

ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών

Παρακαλώ για τις ανάγκες της χειρουργικής κλινικής, όπως προχωρήσετε στην εξωσυμβατική προμήθεια των παρακάτω λαβίδων ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων βάσει των εγκεκριμένων περιγραφών του διαγωνισμού Χειρουργικών εργαλείων της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ, που διενεργήθηκε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στους Α/Α 102, 103 & 106 αντίστοιχα όπου ζητούνται:

Α/Α 102: «Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου ως και 7mm, με ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1 – 4 sec. μήκους 18 εκ. μήκος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 36 χιλ. , πλάτος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 3,3-4,7χιλ.,μήκος κοπής 34 χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής» TEMAXIA 3.

Α/Α 103: «Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου ως και 7mm, με ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2 – 4 sec. Μήκους 18,8 εκ. μήκος ηλεκτροδίου(απολίνωσης) 16,5 χιλ. , πλάτος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 1-4χιλ.,μήκος κοπής 14,7 χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής» TEMAXIA 2.

Α/Α 106: «Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων , διαμέτρου 5 χιλ. με κυρτές σιαγόνες, η οποία επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων και ιστών πάχους μέχρι και 7mm, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα, μήκους 37 εκ., μήκος συγκόλλησης 20 χιλ., μήκος κοπής 18 χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής.» TEMAXIA 7, (5) (ΜΕΝΤΕ)

Τα παραπάνω υλικά κρίνονται άκρως απαραίτητα για τα χειρουργεία υστερεκτομών, διότι λόγω της κυρτότητας των σιαγόνων που διαθέτουν διευκολύνουν στην σύλληψη των ιστών, επιπλέον επένδυση των σιαγόνων με κεραμικά στοπ, ελαχιστοποιούν την θερμική διασπορά, βοηθώντας έτσι στον ελάχιστο τραυματισμό των παρακείμενων ιστών. Τέλος η απευθείας ενεργοποίηση του από την χειρολαβή, δίχως την ανάγκη κλειδώματος της, συντελεί στην γρηγορότερη παρασκευή, σύλληψη και διατομή του ιστού, βοηθώντας έτσι στην μείωση χειρουργικού χρόνου και οικονομία υλικών.

Με τιμή,

Στεργιος Τζοτζουκας

4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΧΑΡΤΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
ΠΑΙΔΥΤΗΡΑΣ ΠΥΡΑΚΟΛΟΣΙΣ  
ΑΜΚΑ 23066500295 ΤΣΑΥ 90700

4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΧΑΡΤΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΜΙΚΗΣ : ΓΥΝΗΓΙΑΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΠ ΤΗΛΟΣ  
Α.Μ.Κ.Α. : 12046700394 ΤΣΑΥ: 85345