



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης
2. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων ( ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) και σήμανση CLP (Κανονισμός 1272/2008 ΕΚ) για τα προϊόντα με καθαριστικούς παράγοντες (εξαιρούνται τα καλλυντικά). Το τελευταίο ισχύει από 01/06/2015 και έπειτα.
3. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στην Ελληνική (ΦΕΚ 886/30-10-91)
4. Πρωτότυπο ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, μεταφρασμένο στην Ελληνική από τους αντιπροσώπους της.
5. Απολυμαντικά για εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ενδοσκοπίων να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.
6. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστή και το επίσημο φύλλο οδηγιών χρήσεως του ΕΟΦ (εφόσον πρόκειται για προϊόντα που απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ).
7. Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση να δίδεται η τιμή του συμπυκνωμένου προϊόντος ανά λίτρο και η τιμή του τελικού διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.
8. Κατάθεση πίνακα με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος (δοσολογία, πρότυπα ελέγχου και χρόνος επαφής ανά είδος μικροοργανισμού).
9. Κατάθεση μελετών αποτελεσματικότητας και συμβατότητας με τα υλικά.
10. Κατάθεση δειγμάτων των προϊόντων αν ζητηθούν, σε πρωτότυπη συσκευασία.

**/10 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaDCC) 2,5gr  
1BT=100TMX**

Ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηρίων και σπόρων σταδιακής αποδέσμευσης NaDCC και συγκέντρωσης 2,5gr ανά δισκίο. Να αναφέρεται στα ελληνικά ο αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) και ο χρόνος επαφής για κάθε συγκέντρωση από αυτές. Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, τεχνικό φυλλάδιο, δελτίο δεδομένων ασφάλειας και πίνακες αποτελεσματικότητας στα ελληνικά.

**2712 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (κατά των ιών HBV, HIV, HCV, Αδενοϊών, ιού Πολυώματος, Ρότα, MNV), μυκοβακτηριοκτόνο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). Να περιέχει αλκοόλες συγκέντρωσης >50 %w/w και μέχρι 90%. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω ψεκασμού. Να έχει καλή διαβρεκτική ικανότητα, να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Να μην έχει ερεθιστική οσμή και χρώμα. Να είναι συμβατό με μεγάλη ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη). Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus.


**2717 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Να περιέχει ορθοφθαλδεΐδη σε συγκέντρωση 0,55%. Αποκλείονται η γλουταραλδεΐδη και η φορμαλδεΐδη. Να έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο και σποροκτόνο δράση σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας. Για ταχεία και υψηλού βαθμού απολύμανση (εντός 5 λεπτών, 20 °C), ψυχρή αποστείρωση και σποροκτονία (εντός 30 λεπτών) ενδοσκοπίων και θερμοευαίσθητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς την ανάγκη ενεργοποιητή. Να παρουσιάζει ευρεία συμβατότητα με πολλά υλικά καθώς και με ενδοσκοπία των κατασκευαστών που διαθέτει το Γ.Ν. Κομοτηνής. Να είναι σταθερό για 14 ημέρες, να παρέχονται δωρεάν οι ανάλογοι σε αριθμό αντίστοιχοι δείκτες ελέγχου σταθερότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και οι ανάλογες ποσότητες αδραντοποιητικής ουσίας, σε περίπτωση που απαιτείται, προκειμένου της ασφαλούς απόρριψής του. Να παρέχονται δοχεία εμβάπτισης εργαλείων αποστείρωσιμα. Να φέρει σήμανση

CB. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην  
Ληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΛΑΚΑΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΒΑΛΑΣΙΑ  
ΑΡΙΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

