

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ
Π/Υ: 15.000€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τεχνική Προδιαγραφή		Συντελεστής Βαρύτητας
1. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχειριστο, άριστης αντοχής, τελευταίας τεχνολογίας. Ο κάδος, το πλαίσιο κάδου και τα πάνελ να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	2%
2. Να είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 25 κιλών ανά φόρτωση (αναλογία 1:10) με κάδο πλύσης τουλάχιστον 250 λίτρων (προς απόδειξη αυτού να αναφέρεται στο προσπεκτους του κατασκευαστή ο όγκος η οι διαστάσεις του κάδου).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	10%
3. Ο κάδος να είναι επάνω σε ανάρτηση που απορροφά τους κραδασμούς κατά τη φυγοκέντρωση και δεν θα χρειάζεται ιδιαίτερη πάκτωση στο έδαφος.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	1%
4. Να έχει ταχύτητα πλύσης τουλάχιστον 40 στροφές/λεπτό.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	5%
5. Να έχει δυνατότητα στύψιματος με τουλάχιστον 800 στροφές/λεπτό.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	5%
6. Να έχει μεγάλη φυγόκεντρο δύναμη τουλάχιστον 300G.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	2%
7. Να έχει μέγιστες διαστάσεις (βάθοςxπλάτοςxύψος) 115x105x145cm.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3%
8. Να είναι πλήρως ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστές με έλεγχο των βασικών λειτουργιών (στάθμη νερού, θερμοκρασία, χρόνοι) μέσω οθόνης LCD.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	6%
9. Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστή μέσω θύρας USB για επεξεργασία προγραμμάτων, αναβαθμίσεις.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	2%
10. Να διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον θέσεις απορρυπαντικού και τροφοδότηση αυτού (υγρού ή σκόνης).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	4%
11. Να διαθέτει ισχυρό κινητήρα με σύστημα inverter. Να αναφερθεί η ισχύς προς αξιολόγηση .	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	6%
12. Να διαθέτει τουλάχιστον 20 διαφορετικά προγράμματα πλύσης. Θα αξιολογηθεί θετικότερα η ύπαρξη περισσότερων προγραμμάτων.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	10%
13. Όλα τα όργανα ελέγχου να βρίσκονται στο εμπρόσθιο μέρος για ευκολία πρόσβασης.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	2%
14. Να διαθέτει ηλεκτρικές αντιστάσεις για τη θέρμανση του νερού και δυνατότητα εισαγωγής ζεστού νερού και από άλλη πηγή.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	5%
15. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση, είσοδο και όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία του και με ατμό του Νοσοκομείου.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	2%
16. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη. Θα αξιολογηθεί θετικότερα εγγύηση	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	20%

μεγαλύτερης διάρκειας.		
17. Επιπλέον χαρακτηριστικά, δυνατότητες και αναβαθμίσεις να αναφερθούν για να αξιολογηθούν.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	15%
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ		100%


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραίτητως πιστοποιητικό ISO ή TÜV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια.
3. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
4. Για την εγγύηση καλής λειτουργίας ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:
 - A. Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)
 - B. Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση
 - Γ. Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης
 - Δ. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time)
 - Ε. Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.
5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.
6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος
7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του μηχανήματος.
8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει κατάλογο των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα
9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος
10. Για χρονικό διάστημα 10 χρόνων από την αγορά του μηχανήματος, σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του εκτός του Νοσοκομείου μας και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, η εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της μηχάνημα, ίδιου τύπου.

Να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές σε προσπέκτους ή οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστικού οίκου. Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΗ



ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Β.Ι.Τ.
ΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

