

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΥ

1. Να διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο ενσωματωμένο δίσκιο ζύγισης
2. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD περίπου 30 mm
3. Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής μονάδας μέτρησης σε κιλά ή λίμπρες
4. Να διαθέτει λειτουργία απόβαρου και πολλαπλού απόβαρου
5. Να διαθέτει μνήμη
6. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση
7. Να διαθέτει τροφοδοσία με τροφοδοτικό και μπαταρίες
8. Να διαθέτει τσάντα μεταφοράς
9. Να μετρά έως τουλάχιστον 20Kg με διαβάθμιση στα 5g
10. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 600 X 80 X 380 mm
11. Να είναι μικρού βάρους
12. Να διαθέτει δίσκο ζύγισης περίπου 600 X 40 X 280 cm
13. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. Η μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης θα προσμετρηθεί στα προσόντα.
14. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, το Νοσοκομείο δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για εργασία, ανταλλακτικά και εξαρτήματα (πλην αναλωσίμων), με εξαίρεση των βλαβών που θα οφείλονται σε ανωτέρα βία ή κακή χρήση.
15. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την εξασφάλιση σέρβις και ανταλλακτικών για δέκα συνολικά χρόνια.
16. Ο προμηθευτής οφείλει να προσφέρει πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού.
17. Το μηχάνημα να πληρεί όλα τα διεθνή στάνταρ και ISO.
18. Ο προμηθευτής να αναλάβει την τοποθέτηση και επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείου μας.
19. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα εγχειρίδια χειρισμού και Service στα ελληνικά
20. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη **τιμοκατάλογο ανταλλακτικών** του μηχανήματος
21. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές