

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΟΡΩΝ

1. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Να γίνει σχετική αναφορά του χρόνου κατασκευής.
2. Η λειτουργία να είναι με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας (να γίνει σχετική αναφορά με πιστοποίηση), και υπό τάση δικτύου 220V/50HZ.
3. Να είναι μικρού βάρους ώστε ν' αναρτάται εύκολα σε στατώ ορού. Να διαθέτει τροχήλατο άριστης κατασκευής, του ιδίου κατασκευαστή οίκου, και τοποθετημένο σ' αυτό να είναι σταθερό, με άριστη ισορροπία ακόμη και με δύο ασκούς.
4. Να διαθέτει LCD οθόνη για την απεικόνιση της θερμοκρασίας
5. Να διαθέτει διακόπτη έναρξης-παύσης λειτουργίας.
6. Ως αναλώσιμα να μπορεί να χρησιμοποιεί τις απλές συσκευές θέρμανσης αίματος ή ορών οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρίας που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου.
7. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο της προκαθορισμένης θερμοκρασίας με σύστημα συναγερμού.
8. Να παρέχει αποτελεσματική μεταφορά της θερμότητας προς τον ασθενή χωρίς απώλειες από το εξωτερικό περιβάλλον. (να αναφερθεί η μέθοδος που επιτυγχάνεται αυτό.)
9. Να είναι κατάλληλο για έγχυση φαρμάκων, αίματος ορών και παραγώγων αίματος και να ελέγχεται οπτικά η διαδικασία έγχυσης.

10. Αυτόματος έλεγχος της προκαθορισμένης θερμοκρασίας με σύστημα συναγερμού.

11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών .

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα:

A. Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)

B. Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση

Γ. Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης

Δ. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time)

E. Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.

12- Το μηχάνημα να πληροί όλα τα διεθνή στάνταρ και ISO όπως και να φέρει σφραγίδα CE.

13- Ο προμηθευτής να αναλάβει την τοποθέτηση και επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.

14- Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος

15- Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη **τιμοκατάλογο ανταλλακτικών** του μηχανήματος

16- Ο προμηθευτής να προσκομίσει **κατάλογο των Νοσοκομείων** στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα

17- Ο προμηθευτής να δηλώσει εγγράφως ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι **συμβατός με το έτος 2000 (ιος 2000)**

18- Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος

19-Για χρονικό διάστημα 10 χρόνων από την αγορά του μηχανήματος, σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του εκτός του Νοσοκομείου μας και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, η εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της μηχάνημα, ίδιου τύπου.

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές

