

Όνομα ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ/Αιμίλιος Ζιλλιερόν Email contact@analytical.gr

Άρθρο ΕΙΔΟΣ 10: ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ/Υποβάλλουμε τις εξής παρατηρήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές: Ημ/νία 18/10/2017

Τεχν.Προδ. 3 και 12: Να αυξηθεί η ταχύτητα 4.700 RPM/6.000 xG για να μπορεί να γίνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η φυγοκέντρηση των διάφορων έμμορφων στοιχείων αίματος.

Τεχν.Προδ. 19: Να απαλοιφθεί, γιατί η σταθερότητα της φυγοκέντρωσης είναι καλύτερη με βαρύτερη φυγόκεντρο.

Τεχν.Προδ. 4: Η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 3-4 βαθμούς C (αντί του +1 βαθμό C).

Να προστεθεί στις προδιαγραφές ότι το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι στην ελληνική γλώσσα.