

Όνομα ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ/Αιμίλιος Ζιλλιερόν Email contact@analytical.gr
Άρθρο ΕΙΔΟΣ 21: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ/Υποβάλλουμε τις εξής παρατηρήσεις για
τις τεχνικές προδιαγραφές: Ημ/νία 18/10/2017

Να προστεθεί η εξής τεχνική προδιαγραφή, που διευκολύνει πολύ το χρήστη και αποτρέπει λάθη και ζημιά όταν αφαιρείται ή προστίθεται μία κεφαλή (rotor) στη φυγόκεντρο:

- Η κεφαλή της φυγόκεντρος να μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα και εύκολα, χωρίς εργαλεία, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Όνομα ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ Email antisel@antisel.gr Άρθρο
Παρατηρήσεις σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών φυγόκεντρος αίματος
Ημ/νία 30/10/2017
Αξιότιμοι κύριοι.

Εκ μέρους της ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ και σχετικά με τις προδιαγραφές Φυγόκεντρων Αίματος Μικροβιολογικού και Αιμοδοσίας θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στις Τεχνικές Προδιαγραφές:

Προδιαγραφή 14 – η ταχύτητα των 10.000rpm που αναφέρεται στην προδιαγραφή δεν είναι απαραίτητη για τις συνήθεις εφαρμογές της αιμοδοσίας, όπου η απαίτηση είναι μέγιστο 5.000rpm.

Για το λόγο αυτό θα ήταν σωστότερο η απαίτηση να αλλάξει από τις 10.000 στα 5.000rpm

Επιπλέον θα προτείναμε να προστεθούν η εξής προδιαγραφή:

- Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε προγράμματα τα οποία να είναι προσβάσιμα με το πάτημα πλήκτρου για μέγιστη ευκολία του χρήστη στην αλλαγή πρωτοκόλλων σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Αστέριος Παπακωνσταντίνου
Υπεύθυνος Πωλήσεων