

Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια 28. LASER ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

Παρατηρήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 :

Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη επαρκεί για αυτό, προτείνουμε:

«1.Το σύστημα να είναι κατάλληλο για εφαρμογή θεραπείας υψηλής συχνότητας παλμικής και συνεχούς εκπομπής αλλά και αυτόματης ρύθμισης, κατάλληλο για θεραπεία των κοινών παθήσεων και τραυματισμών»

2. Στην παράγραφο 4 :

Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση, και για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη επαρκεί για αυτό, προτείνουμε:

«5. Να διαθέτει γεννήτρια LASER με διόδους laser GaAlAs, και μήκος κύματος περίπου 1064nm. Επιθυμητό, να εκπέμπει σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά μήκη κύματος».

3. Στην παράγραφο 6 :

Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση προτείνουμε:

«6. Θα αξιολογηθεί θετικότερα αν διαθέτει οθόνη αφής για τη ρύθμιση και την εμφάνιση των παραμέτρων λειτουργίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. ...».

4. Επίσης για διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω απαραίτητων προδιαγραφών:

«Να προσφερθεί προς επιλογή ποδοδιακόπτης λειτουργιών.».

«Να διαθέτει κομβίο επείγοντος τερματισμού θεραπείας.».

« Να διαθέτει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:

- Δέσμη laser περίπου 635nm (χαμηλής ισχύος και κάτω των 10mW) ως οδηγό για ακριβή στόχευση της θεραπείας
- Διαστάσεις πεδίου: περίπου 1.70cm² στο ένα (1) εκατοστό
- Λειτουργία επέκτασης του πεδίου για θεραπεία μεγαλύτερων περιοχών
- Διείσδυση δέσμης Laser τουλάχιστον 10 εκατοστά ».

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης

Τμήμα Πωλήσεων

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων