

Όνομα SERINTH Ε.Π.Ε. Email diag@serinth.gr Άρθρο 36. Συσκευή Κρυθεραπείας, Προδιαγραφή 4
Ημ/νία 10/05/2017

Προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή Νο4 να διαμορφωθεί ως εξής:

«4. Να διαθέτει παροχή κρύου αέρα, ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 1500 λίτρα/λεπτό και θερμοκρασία έως τουλάχιστον -35°C.»

Αιτιολογία: Μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης των παραμέτρων προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες κατά την εφαρμογή της θεραπείας.

Όνομα ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΣ 36. Ημ/νία 10/05/2017

Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια 36.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

Παρατηρήσεις:

1. Στην παράγραφο 2 ζητείται:

«3. Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας. Να μην απαιτούνται αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία του.»

Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη επαρκεί για αυτό, προτείνουμε:

«3. Να λειτουργεί με υγρό άζωτο. Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας. Επιθυμητό να μην απαιτούνται αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία του.»

2. Στην παράγραφο 4 ζητείται:

«4. Να διαθέτει παροχή κρύου αέρα, ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 1000 λίτρα/λεπτό και θερμοκρασία έως τουλάχιστον -32ο C».

Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση, και για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη επαρκεί για αυτό, προτείνουμε:

«4. Να διαθέτει παροχή κρύου αέρα, ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα ροής και θερμοκρασία έως τουλάχιστον -150 οC».

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης