

Σχετικά με το είδος 6 προτείνουμε:

- Στην προδιαγραφή 5 να προστεθεί η πρόταση: «Η πόρτα του καταψύκτη να διαθέτει θερμαινόμενη φλάντζα εντός της, ώστε να αποτρέπει τη δημιουργία πάγου και να ελαχιστοποιεί την περίπτωση διαφυγής της ψύξης από την πόρτα»
- Στην προδιαγραφή 8 να προστεθεί η πρόταση: «Να υπάρχει προστασία του καταψύκτη με κωδικούς ασφαλείας (Password) ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή των παραμέτρων από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό»
- Στην προδιαγραφή 9 να προστεθούν τα παρακάτω: «Να μπορεί να γίνει έλεγχος της θερμοκρασίας με γραφική παράσταση για τις τελευταίες 6 ώρες τουλάχιστον, για γρήγορο έλεγχο του συστήματος από το χρήστη. Να μπορεί να παρουσιάζει αναφορά με τη μέγιστη, ελάχιστη θερμοκρασία του καταψύκτη καθώς και των ανοιγμάτων της πόρτας με αναφορά της ώρας και ημερομηνίας»
- Στην προδιαγραφή 11 να προστεθούν τα παρακάτω: «Να υπάρχει δυνατότητα γρήγορου ελέγχου της θερμοκρασίας εντός των μερών του καταψύκτη (π.χ. σε περίπτωση βλάβης) με γραφική απεικόνιση της θερμοκρασίας σε διάφορα σημεία (π.χ. θερμοκρασία στο χώρο εξάτμισης του ψυκτικού υγρού, στον ανταλλάκτη θερμότητας, στο χώρο εισαγωγής του αέρα στο συμπυκνωτή κ.λ.π.) για ευκολότερη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων»
- Στην προδιαγραφή 16 να προστεθεί η πρόταση: «Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας»

Θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε την αλλαγή του χρόνου εγγύησης για τα ζητούμενα είδη στα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς των ειδών, επειδή αυτός είναι ο συνήθης χρόνος εγγύησης που ζητείται από αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς επίσης και γιατί οι περισσότεροι κατασκευαστές των οργάνων αυτών στην αγορά προσφέρουν αυτό το χρόνο εγγύησης, χωρίς περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις για τον τελικό χρήστη.