

0/1805 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ ΤΙΕΜΑΝ			
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0189	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 10ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου ΤΙΕΜΑΝ, από PVC, διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	100 ΤΕΜΑΧΙΑ

*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)