

ΤΙΤΛΟΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-----	------------------------	-----------	----------

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ 3gr.

1	95883	Η αιμοστατική σκόνη πρέπει να είναι παρασκευασμένη από απορροφήσιμους πολυσακχαρίτες με δυνατότητα απορρόφησης υγρών έως 50 φορές το βάρος τους, σε συσκευασίες διαφόρων γραμμαρίων (3gr). Τα σωματίδια της σκόνης να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα, να μην περιέχουν ανθρώπινα ή ζωικά παράγωγα & να απορροφώνται από τον οργανισμό εντός 48 ωρών. Η πήξη πρέπει να πραγματοποιείται εντός 2 λεπτών δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενης σε επαφή με το αίμα. Να συνοδεύεται από απλικατέρ / εφαρμογέα μιας χρήσης για την τοποθέτησή της, με ατραυματικό άκρο και μήκους τουλάχιστον 14 εκατοστών»	10 ΤΕΜΑΧΙΑ
---	-------	---	------------

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ 5gr.

2	94978	Η αιμοστατική σκόνη πρέπει να είναι παρασκευασμένη από απορροφήσιμους πολυσακχαρίτες με δυνατότητα απορρόφησης υγρών έως 50 φορές το βάρος τους, σε συσκευασίες διαφόρων γραμμαρίων (5 gr). Τα σωματίδια της σκόνης να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα, να μην περιέχουν ανθρώπινα ή ζωικά παράγωγα & να απορροφώνται από τον οργανισμό εντός 48 ωρών. Η πήξη πρέπει να πραγματοποιείται εντός 2 λεπτών δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενης σε επαφή με το αίμα. Να συνοδεύεται από απλικατέρ / εφαρμογέα μιας χρήσης για την τοποθέτησή της, με ατραυματικό άκρο και μήκους τουλάχιστον 14 εκατοστών» ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ	10 ΤΕΜΑΧΙΑ
---	-------	--	------------

3

94822

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΤΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ