

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία: 07/02/2025
Κωδικός αιτήματος: 0/600

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη.

☐ Τρόφιμα ☐ Βιοιατρικός Εξοπλισμός ☐ Η/Μ Εξοπλισμός ☐ Αναλώσιμα

Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Προϋπολογισμός Δαπάνης
93247	ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ LOW FLUX, POLYSIUM 2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ BELCO	ΤΕΜΑΧΙΑ	240		
ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ					

☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στην αποθήκη Για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού υπογραφή

☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σύμβαση Για το Τμήμα Προμηθειών υπογραφή

☐ Υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. Β1161ρ Ο/Η Υπεύθυνος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού υπογραφή

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει: Με απευθείας συμφωνία ☐ Με ενδεικτικές τιμές ☐ Με τιμές ΦΕΚ ☐
Με πρόχειρο διαγωνισμό ☐ Με τιμές βάσει προηγούμενου λήξαντος διαγωνισμού ☐

Ο/Η Προϊστάμενος/η Τμήματος


υπογραφή-σφραγίδα

Ο/Η Διευθυντής/ντρια

υπογραφή-σφραγίδα

Ο/Η Προϊστάμενος Οικονομικού

υπογραφή-σφραγίδα

Ο/Η Διοικητικός Διευθυντής

υπογραφή-σφραγίδα

Ο/Η Διοικητής

υπογραφή-σφραγίδα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε	KUF < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min						KoA	Συντελεστής διαβατότητας	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχανήμα	Ποσότητα
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη							
			LOW											
POLYSIUM)	2	16,2	195-275	189-249	170-212	121-137	-	1260	-	B2	στιγμός	*		240
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	*		
Πολυσουλφόνη ή ισοδύναμο dry	2,2	21	259	230	208	131	-	945	-	-	Moist heat	*		

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF < ή > των 20ml/h.mm	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min						KoA	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Ομάδα	Συνοδές γραμμές για μηχανήμα TN	Συντελεστής διαβατότητας Αλβουμίνης	Συντελεστής διαβατότητας Ινουλίνη	Είδος αποστείρωσης	Ποσότητα
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη									
			HIGH													
pepa	1,2	45	242	221	206	142	90		736	A1				1	Υ-ακτινοβολία	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων
Αθήνα, 15/05/2014