

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1397 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0447	<p>Αποστειρωμένο σετ έναρξης - λήξης αιμοκάθαρσης. Να διατίθεται σε διπλή (δίχωρη), συσκευασία έναρξης-λήξης, να είναι αποστειρωμένο με ακτινοβολία γ, να διαθέτει CE και να περιλαμβάνει τα κάτωθι απαραίτητα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την αιμοκάθαρση: Το κάθε σετ να περιλαμβάνει: Α' σετ έναρξης (πριν την φλεβοκέντηση) -1 χειρουργικό πεδίο -1 ζευγάρι αποστειρωμένα ελαστικά γάντια -3 επιθέματα γάζας 7,5Χ7,5cm περίπου (± 1 cm), 8ply -3 τολύπια γάζας μεσαίου μεγέθους -2 αυτοκόλλητα επιθέματα γάζας με εγκοπή (U) -4 αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα στερέωσης των Α/Φ γραμμών</p> <p>Β' σετ λήξης (μετά την φλεβοκέντηση) -1 ζευγάρι αποστειρωμένα ελαστικά γάντια -4 επιθέματα γάζας 7,5Χ7,5cm περίπου (± 1 cm), 8ply -2 τολύπια γάζας μεσαίου μεγέθους -2 ειδικά πίεστρα αιμόστασης. Τα πίεστρα να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό το οποίο να μην σπάει εύκολα κατά τη χρήση. -2 αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα επιθέματα γάζας 5x8 περίπου (± 1 cm).</p>	500 ΤΜΧ
<p align="center">*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)</p>			