

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1686 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0527	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER, ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LOCK ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ,ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΜΕΤΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 5ΕΩΣ 250 ML ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ "Υ" ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ .ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ CE ΚΑΙ ISO, ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ . Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΩΜΑ (ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ).	4.000 TEM.
*ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			