ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ : 2026

Σειρά/Αριθμός : 0/2519

Ημερομηνία : 26/10/2026

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος :

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΑΛΕ	Μ.Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Καθαρή Αξία	ΦΠΑ (%)	Μικτή Αξία
1	1604	ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLAW ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ	32302030001001	ΤΕΜ	30,0000	0,0000	0,00	13,00%	0,00

Σχόλια : ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΘ/ΚΩΝ. Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο κάθετης απομόνωσης συνολικών διαστάσεων 320-340CM ±10% X 240-260CM ±10% , με αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθώνιο, με σάκο συλλογής υγρών με ενσωματωμένο έλασμα για διατήρηση του ανοίγματος, με δίχτυ συγκράτησης και κάνουλα αποχέτευσης υγρών, με αυτοκόλλητη λωρίδα σε όλο το μήκος της άνω πλευράς για σταθερή τοποθέτηση στο πλαίσιο
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Προδιαγραφές : ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ: ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΛΙΤΡΩΝ,ΘΑΛΑΜΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ,ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ:ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ,ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ml ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ,ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΑΤΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ Η ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ,Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ CE ΚΑΙ ISO ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)	**0,00**		**0,00**

% ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ	
13,00	30,0000	0,00	0,00	0,00	

Βεβαιώνεται οτι δεν υπάρχει στην αποθήκη	**Για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού**
Βεβαιώνεται οτι δεν υπάρχει σύμβαση	**Για το Γραφείο Προμηθειών**
Υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.	**Ο/Η Υπεύθυνος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού**

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α/Α	Επωνυμία Προμηθευτή	Τηλέφωνο	Ημ/νία Προσφοράς	Προσφερόμενη Τιμή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ **ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ : **2026**

Σειρά/Αριθμός : **0/2519**

Ημερομηνία : **26/10/2026**

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 - Τ.Κ. 69133 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΤΗΛ. 2531351244-492 - EMAIL ygyliko@komotini-hospital.gr)