Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m^2	KUF < ή >των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KoA	Συντελεστής διαβατότητ	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχάνημα	Ποσότητα
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη						
						LOW							
POLYSIUM)	2	16,2	195-275	189-249	170-212	121-137	-	1260	-	B2	ατμός	*	
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	*	
Πολυσουλφόνη ή ισοδύναμο dry	2,2	21	259	230	208	131	--	945	-	-	Moist heat	*	

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m^2	KUF < ή >των 20ml/h.mm	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KoA	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Ομάδα	Συνοδές γραμμές για μηχάνημα TN	Συντελεστής διαβατότητας Αλβουμίνης	Συντελεστής διαβατότητας Ινουλίνη	Είδος αποστείρωσης	Ποσότητα
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη								
						HIGH									
pepa	1,2	45	242	221	206	142	90		736	A1			1	γ-ακτινοβολία	20

4η Υ.Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΡΟΟΣ ΑΔΑΜ: ΕΦΦΣΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΧΑΥ: ΕΕΕΕΕ