

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/ 92 ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ,ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
1	96407	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΟ, ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το σετ διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου για επεμβάσεις παρωτιδεκτομής, τραχήλου και ωτοχειρουργικές, πρέπει να αποτελείται από: A. Σετ ηλεκτροδίων τοποθετούμενων υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική παρακολούθηση κινητικών νεύρων, κεφαλής και τραχήλου, το οποίο να αποτελείται από δύο (2) δικάναλα και δύο (2) μονοκάναλα ηλεκτρόδια. Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης, εργοστασιακά αποστειρωμένη. B. Εύκαμπτο μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου, ο οποίος να είναι μονοπολικός, με πολύ λεπτό ατραυματικό άκρο διαμέτρου περίπου 0,5mm για να είναι δυνατός ο εντοπισμός, ερεθισμός, η χαρτογράφηση και η παρακολούθηση την πορεία του προσωπικού νεύρου και των κλαδών του εντός του χειρουργικού πεδίου και πριν την πλήρη παρασκευή του νεύρου. Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη. Τα προσφερόμενα είδη (ηλεκτρόδια, στυλεός κλπ) να είναι όλα του ιδίου οίκου για την μεγιστοποίηση της συμβατότητας. Τα παραπάνω να παρέχονται με το συνοδό τους εξοπλισμό, ο οποίος να είναι του ιδίου οίκου και να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένος. Το μηχάνημα του συνοδού εξοπλισμού (του ιδίου οίκου) να παρέχει προειδοποιητική ένδειξη όταν τα ηλεκτρόδια δεν είναι τοποθετημένα μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια περιλαμβάνοντας τη λάθος τοποθέτηση τους και τις λάθος ενδείξεις. Η εταιρία να δύναται να διαθέτει μονοπολική λαβίδα dissecter με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο διέγερση. Επιπλέον να συμπεριλαμβάνεται στον συνοδό εξοπλισμό ειδική χειρολαβή μικροωτοχειρουργικής skeeter (του ιδίου οίκου) για διάνοιξη της μικροθυρίδας της πλάκας του αναβολέα και για κοχλιοστομία σε κοχλιακές εμφυτεύσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Να μπορεί να δεχτεί οστεογλυφίδες / φρέζες κόπτουσες από 0.5mm έως 2.3mm. - Να επιτυγχάνει ταχύτητα από 1.000 έως 16.000 rpm. - Το βάρος της χειρολαβής να μην ξεπερνάει τα 60γρ. Το συνοδό μηχάνημα νευροδιέγερσης να - Αναγνωρίζει μηχανικά, ηλεκτρικά και θερμικά ερεθίσματα του νεύρου. - Συνεργάζεται με αγωγιμες φρέζες για διοχέτευση ρεύματος διέγερσης στο πεδίο. ? Δύναται να συνδεθεί με νευροδιεγέρτη, ο οποίος φέρει κομβίο αυξομείωσης του διοχετευόμενου	2 ΤΜΧ

		ρεύματος και αποτύπωση καταγραφής από το αποστειρωμένο πεδίο. ? Διαθέτει χρωματική διαφοροποίηση των ψευδών σημάτων από τα ηλεκτρογραφικά σήματα του νεύρου. ? Διαθέτει δυνατότητα διακοπτόμενου περιοδικού ελέγχου του νεύρου μέσω ειδικού λογισμικού και γραφήματος, συγχρόνως με την νευροπαρακολούθηση. Να διαθέτει δείγμα και manuals του σετ ηλεκτροδίων και του στυλεού, καθώς και manuals του συνοδού εξοπλισμού στα Ελληνικά. Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης του οίκου κατασκευής. Να διαθλεται έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία για τη χρήση του σετ και του συστήματος σε επεμβάσεις παρωτιδεκτομών και προσωπικού νεύρου. Η υποστήριξη του μηχανήματος να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευόμενο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ. ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			